

参考見積の質問に対する回答

参考見積件名 自動体外式除細動器（AED）賃貸借

質問内容

質問1 （保守条件）5の(3)につきましてバッテリーパック及び使い捨て除細動パッドの納入方法は、郵送（宅配送）でよろしいでしょうか？

又、バッテリーパック及び使い捨て除細動パッドの交換は、お客様が行って頂きますでしょうか？

回答1 バッテリーパック及び使い捨て除細動パッドの納入方法は、郵送（宅急便含む）で構いません。

バッテリーパック及び使い捨て除細動パッドの交換は、機構にて行います。

次の通り参考見積仕様書を訂正します。

<訂正前>

（保守条件）

5 保守の条件等は次のとおりです。

（3） バッテリーパック及び使い捨て除細動パッドは、賃貸借期間内において各々使用期限毎に設置場所へ納入すること。また、賃貸借期間内にAEDを使用した場合には、バッテリーパック、使い捨て除細動パッド及びレスキューキットを速やかに設置場所へ納入すること。

<訂正後>

（保守条件）

5 保守の条件等は次のとおりです。

（3） バッテリーパック及び使い捨て除細動パッドは、賃貸借期間内において各々使用期限毎に設置場所へ納入すること。また、賃貸借期間内にAEDを使用し機構から連絡があった場合には、バッテリーパック、使い捨て除細動パッド及びレスキューキットを速やかに設置場所へ納入すること。

各納入は郵送（宅急便を含む）による方法も可とする。この場合交換は機構において行うこととします。各納入品の購入に係る費用及び送料については受注者の負担とする。