

独立行政法人 水資源機構 分任契約職
千葉用水総合管理所長 土田 百合子
(公印省略)

見 積 依 頼 書

- | | |
|---------|----------------------------|
| 1 件 名 | 超音波板厚計購入 (オープンカウンター方式による) |
| 2 納品場所 | 千葉県香取市佐原イ3076(成田北総管理所) |
| 3 納期 | 契 約 締 結 の 翌 日 から 令和8年3月27日 |
| 4 内 容 等 | 別途交付する仕様書等のとおり |

記

- | | |
|--|--|
| 1 現 場 説 明 | 実施しません。 |
| 2 見積参加要件 | 当機構における一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、物品等の製造または販売の業種区分「試験・測量・測定・観測・監視機器」の認定を受けており、営業品目「測定機」に登録されている者。 |
| 3 見 積 書 等 | |
| 1) 様 式 等 | 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章が押印されたものに限り
ます。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略
することができます。 |
| 2) 提 出 方 法 | 電子メール(又はFAX)による。
なお、電子メール(又はFAX)に抛りがたい場合は、持参又は郵送(一般書留、簡易書留、
その他配達記録が残る方法に限る。)による。 |
| 3) 見 積 書
提出期限 | 令 和 8 年 1 月 8 日 10:00 まで |
| 4) 提 出 先 | 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所
電子メール nyukei_chiba@water.go.jp FAX番号 047-483-0709 |
| 5) 担 当 者 | 経理課 岩淵 |
| 6) 質 問 書
提出期限 | 令 和 7 年 12 月 25 日 10:00 まで |
| 7) 見 積 日 時 | 見積提出期限到来後、遅滞なく実施する。見積参加者の立会は求めない。 |
| 8) 見 積 回 数 | 2回を限度とする。なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書
がない場合の再度の見積書の提出については、見積書を提出した者あてに改めて連絡する
ものとし、再度の見積提出の期限は令和8年1月9日までとします。 |
| 9) そ の 他 | ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、
見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。

②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。
また、見積者は見積もり誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することは
できません。 |
| 4 見 積 辞 退 | 見積依頼書等をダウンロードし、見積依頼書等の交付受領書を提出した後に見積もりを辞退
する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。 |
| 5 見 積 結 果 | 見積結果については、契約の相手方として決定した者に対してのみ、原則として提出期限の
翌営業日までに書面により通知します。 |
| 6 そ の 他 | |
| 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。 | |
| 2) 請負代金の支払いについては、 <u>履行確認後(納品確認後)の一括支払となります。</u> | |
| 3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじ用数値について
は、見積依頼書等の交付受領書に任意の3ケタの数字をご記入ください。 | |

見積依頼書等の交付受領書

宛 先	独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所 経理課 岩淵			
	電話番号	047-483-0722	FAX番号	047-483-0709
	メール アドレス	nyukei_chiba@water.go.jp		
発信者 (※必須)	(住所)			
	(会社名)			
	(担当者名)			
	電話番号		FAX番号	
	メール アドレス			

以下の件名について、見積依頼書等を受領しました。

○見積依頼件名

超音波板厚計購入

○くじ用数値

くじ用数値とは、見積金額が複数社同額だった場合に使用する数値です。任意の3ケタの数字をご記入ください。

--	--	--

○見積辞退について

見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。

○同方式の承諾

「独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所におけるオープンカウンター実施説明書」の内容について、承諾する場合は、次のチェックボックスにチェックをお願いします。

☐ 承諾する

超音波板厚計購入

仕 様 書

令和 7 年 1 2 月

独立行政法人水資源機構
千葉用水総合管理所

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

この仕様書は、独立行政法人水資源機構（以下「機構」という）が発注する「超音波板厚計購入」に適用する。

第 2 節 納入場所

千葉県佐原市佐原イ 3 0 7 6 成田北総管理所

第 3 節 納入品

超音波板厚計 1 セット

第 4 節 納期

契約締結の翌日から令和 8 年 3 月 27 日とする。

第 5 節 納品

製品納入時に、受注者は超音波板厚計等の取扱い説明を機構職員等に行うものとする。

第 6 節 完納検査

製品納入時に、機構が別途指定する検査員による完納検査を実施する。

第 7 節 納入品の保証期間

保証期間は納入後 1 年間までとし、この間に受注者の責任に起因するとみなされる納入品の故障や、故障に伴い発生した事故について、修理や事故の復旧等に要する費用は受注者の負担によるものとする。

第2章 納入品の仕様

第1節 共通事項

品名、測定項目及び基本性能を示す。

なお、詳細な仕様については担当職員に承諾を得るものとし、原理の違いがあっても、基本性能が満足しており、測定値について著しい違いが無いのであれば不問とする

第2節 機器仕様

(1) 本体

- ・超音波板厚計本体：1台
- ・超音波探触子：1個（二振動子、一振動子の使用が可能）
- ・探触子ケーブル：1本（1.5m）

(2) 性能

- ・機能：二振動子型探触子測定モード、一振動子型探触子測定モード、THRU-COAT 測定及びスルーペイント エコー to エコー機能付き
- ・探触子周波数範囲：標準 2.0 MHz ～ 3.0 MHz （-3 dB）
- ・動作温度範囲：-10℃～50℃
- ・材質：金属、プラスチック
- ・厚み：0.08 mm～635 mm
- ・測定精度：分解能 0.01mm
- ・表面状態：塗装あり・塗装なし
- ・筐体：耐衝撃性、防水仕様、防水コネクタ
ガasket付き筐体：防塵・防水性能規格 IP 67
- ・外形寸法（W×H×D）：125 mm×211 mm×46 mm
- ・質量：0.83 kg
- ・電源：AC／DCアダプター：24V
リチウムイオンバッテリー：23.760Wh
または単3アルカリ電池×4本
- ・ディスプレイタイプ：半透過型VGA液晶カラーディスプレイ
表示領域：56.16 mm×74.88 mm
- ・ワイヤレス通信：標準機能にて Wi-Fi、Bluetooth を搭載能
- ・更新速度：最大 60Hz

(3) 付属品

- ・チャージャー / AC アダプター（100VAC、115VAC、230VAC）
- ・内部データロガー
- ・GageView インターフェースプログラム
- ・校正用試験片と接触媒質
- ・深触子は塗装あり、塗装なしでの測定ができる探触子をつけること

- ・ USB ケーブル
- ・ 本体保護用のスタンド付きゴム製ケースとネックストラップ
- ・ ユーザーズマニュアル

(4) その他

- ・ 初期校正費及び各種調整費を含むものとする。

－以 上－