土質試験用器具等購入仕様書

第 1 節　適用

この仕様書は、「土質試験用器具等購入」に適用する。

第 2 節　納入場所

埼玉県さいたま市桜区大字神田 936 番地

独立行政法人水資源機構 総合技術センター　土質地質試験棟

第 3 節　納入期限

契約日から 60 日以内

第 4 節　数量及び仕様

納入する物品は未使用品とし、下表に示す仕様を満足するものとする。

名称	仕様	単位	数量
カウンター付液性限界測定器	JIS A 1205 に適合する土の液性限界試験及び塑性限界試験に使用するものであること。 黄銅製カップ及び硬質ゴム製ベースを有すること。 落下回数を計測する積算カウンターを有すること。 ステンレス製溝切り 1 本及びへら 1 本を付属すること。 木製格納箱を付属すること。 質量は格納箱を含み約 4kg 程度であること。	台	2
ストレートエッジ	土質試験用であること。 ステンレス製であること。 寸法は長さ 300mm、幅 25mm、厚さ 3mm 程度。 平型で十分な直線性を有すること。 反り、曲がり及び欠損がないこと。	本	30
ゲーリュサック型比重瓶	JIS A 1202 に適合する土粒子の密度試験に使用するゲーリュサック型比重瓶であること。 容量 100mL であること。 ガラス製であること。栓を有すること。	個	100

	本体に識別番号 200～299 を表示したものであること。		
メンブレン（ゴムスリーブ）	土の三軸圧縮試験に使用するものであること。 天然ラテックスを原料としたゴム製であること。 寸法は ϕ50mm×200mm×0.3mm 程度とすること。 ピンホール、亀裂及び変形がないこと。 供試体に密着できる伸縮性を有すること。	枚	20
粒度メスシリンダー	JIS A 1204 に適合する土の粒度試験に使用するものであること。 容量 1000mL であること。 ガラス製であること。 内径 64mm 程度、全高 380mm 程度とすること。 容量目盛を有し、目盛の判読が容易であること。 自立可能な台座を有すること。	本	4

上記物品と同等品を納入する場合は、本仕様書に示す性能、品質、寸法、材質及び用途を満足するものとする。

第 5 節　同等品

同等品を納入する場合は、仕様を確認できるカタログ、仕様書その他の資料を提出し、発注者の承認を得るものとする。

第 6 節　納入における配送料等諸経費

運搬費、梱包費その他納入に必要な一切の費用は見積価格に含むものとする。

第 7 節　その他

1. 納入日は事前に発注者と協議すること。
2. 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。

以上