

吉上香第40号
令和8年1月5日

参考見積募集要領

有資格業者 各位

独立行政法人水資源機構

吉野川上流総合管理所長 津久井 正明

次のとおり、業務の参考見積を募集します。

令和8年1月5日

1. 目的

この参考見積の募集は、吉野川上流総合管理所で予定している業務の積算の参考とするための作業を募集するものです。

なお、この参考見積書をご提出いただいたことで、業務の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、業務積算の目的以外には使用いたしません。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、別紙-1及び別紙-3を参考に提出して下さい。
- (2) 提出期間：令和8年1月6日（火）から令和8年1月15日（木）まで
ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで
- (3) 提出先及び宛名

独立行政法人水資源機構 吉野川上流総合管理所長 津久井 正明 宛

【担当】 経理課 福井（フクイ）、松岡（マツオカ）、石川（イシカワ）

〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻 4235-1

電話：0883-72-2050 FAX：0883-72-0727

メールアドレス : nyukei_ikeda@water.go.jp

(4) 提出方法

書面は持参、郵送、FAXまたはメールのいずれかの方法によりご提出ください（押印省略の場合は、押印省略の事項を必ずご記載ください）。

(5) 見積有効期限

令和8年3月31日までとし、必ず記載してください。

(6) 提出様式

様式は自由としますが、別紙一1を参考に以下の内容を必ず記載してください。

- ・文書番号（吉上香第40号）
- ・宛名（独立行政法人水資源機構 吉野川上流総合管理所 津久井 正明）
- ・提出者名（代表者 又は 代表者から委任を受けた者）と押印
- ・提出日
- ・見積有効期限

なお、押印を省略する場合は、余白等へ以下の事項を必ず記載してください。

- ・本件責任者（会社名・部署・氏名）
- ・本件担当者（会社名・部署・氏名）
- ・連絡先1 ※代表電話等
- ・連絡先2 ※部署直通やご担当者の携帯番号等

4. 参考見積内容

(1) 見積内容及び条件

1. 見積対象は別紙一4に示す、機器の納品までに必要な全ての費用とします。

2. 納品場所は下記のとおりとします。

(独)水資源機構吉野川上流総合管理所 香川用水管理所
〒766-0004
香川県仲多度郡琴平町榎井 891-2

5. 依頼書に対する質問

この依頼書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出してください。

(1) 提出期間：令和8年1月6日（火）から令和8年1月7日（水）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで

(2) 提出場所：2. (3) に同じ。

(3) 提出方法：2. (4) に同じ。

(4) 提出様式

様式は自由としますが、別紙一2を参考に以下の事項を必ず記載してください。

- ・文書番号（吉上香第40号）
- ・宛名（独立行政法人水資源機構 吉野川上流総合管理所 津久井 正明）
- ・提出者名（代表者 又は 代表者から委任を受けた者）と押印

- ・提出日
- ・質問事項

なお、押印を省略する場合は、余白等へ以下の事項を必ず記載してください。

- ・本件責任者（会社名・部署・氏名）
- ・本件担当者（会社名・部署・氏名）
- ・連絡先1 ※代表電話等
- ・連絡先2 ※部署直通やご担当者の携帯番号等

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：令和8年1月13日（火）から令和8年1月15日（木）まで
- (2) 閲覧方法：FAX等により通知します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせて頂きます。

8. 問い合わせ

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせて頂くことがあります。

以上

別紙－1 <見積書参考様式> (例)

※様式は自由となります、以下の例に記載する事項は必ず記載をお願いいたします。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構

吉野川上流総合管理所長 津久井 正明 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名

印

見 積 書

(件名) 吉上香第40号にかかる参考見積案件

別紙－3のとおり。

見積有効期限：令和8年3月31日

※以下は押印省略の場合に記載してください。

- ・本件責任者（会社名・部署・氏名）：
- ・本件担当者（会社名・部署・氏名）：
- ・連絡先1：
- ・連絡先2：

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構

吉野川上流総合管理所長 津久井 正明 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名

印

質 問 書

(件名) 吉上香第40号にかかる参考見積案件

番号	質 問 事 項
①	~~~~~。
②	~~~~~。
③	~~~~~。 ※以下は押印省略の場合に記載してください。 ・本件責任者(会社名・部署・氏名) : _____ ・本件担当者(会社名・部署・氏名) : _____ ・連絡先1 : _____ ・連絡先2 : _____

- 注) 1. 質問事項ごとに番号を付するものとする。
2. 質問は代表者及び代表者から委任状により委任を受けた者が行うものとする。
3. 持参・郵便で質問事項が2ページ以上に及ぶ場合、袋とじの上、割り印を行うものとする。

※本様式は、水資源機構本社HPの以下に掲載しています。

<https://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/service/ukeoi/kouji/kouji.html>

(ホーム → 入札・契約情報 → 様式提供サービス → 請負契約等において使用する様式 → 建設工事に係る様式 → 番号10)

参考見積書提出参考様式

件名：水位計の納品に係る見積

●資材単価

(1) 資材単価表

名称	仕様・規格	単位	数量	単価	金額	備考
水位計（本体）	小型絶対圧水位計 S&DLmini Model-4900	台	5			
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 60m	本	1			
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 30m	本	3			
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 15m	本	1			
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 1.5m	本	1			
大気圧測定センサー（バロメータ）		台	1			
クレードル(USB用)		台	1			
PC接続ケーブル		本	1			
ハンディーデータ回収機器（リードアウト）	小型絶対圧水位計用データ回収ユニット MODEL-4920	台	1			
合計金額（税抜き）		式	1			
消費税		式	1			
総計		式	1			
納入期間	(○日間、○カ月など)					

別紙-4 水位計見積仕様書

1. 適用

水位計は、小型絶対圧水位計とし、現地納品までの全ての費用とする。

2. 仕様

〈メーカー・型式〉

・応用地質株式会社：S&DL mini Model-4900 シリーズ

水位計の仕様は次に掲げるとおりとする。

測定範囲	下記設置深度を満たすこと
水位測定用圧力センサ精度	±0.1%F. S.
分解能	0.03%F. S.
校正方法	工場出荷時校正
温度補償範囲	0～40°C (凍結を除く)
電池寿命	5年程度
メモリ容量	60,000
測定間隔	1時間ごと

- ・データ回収は水位計本体を吊り下げたまま行うことができる仕様とする。
- ・データはExcelまたはcsvにより回収できること。

3. 必要資材一覧

必要な資材は下記のとおりとする。

資材区分		数量
水位計（本体）	小型絶対圧水位計 S&DLmini Model-4900	5台
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 60m	1本
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 30m	3本
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 15m	1本
ケーブルキット	水位計吊り下げ用通信ケーブル 1.5m	1本
大気圧測定センサー（バロメータ）		1台
クレードル（USB用）		1台
PC接続ケーブル		1本
ハンディーデータ回収機器（リードアウト）	小型絶対圧水位計用データ回収ユニット MODEL-4920	1台

4. 納品場所

(独)水資源機構吉野川上流総合管理所 香川用水管理所

〒766-0004

香川県仲多度郡琴平町榎井891-2

以上